



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛБВ 3604 0101 2246 8300 1001
аддзяленне № 535 г. Мінска
ААТ «Белінвестбанк», код ІВАН ВЛБВВУ2Х,
УНН 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛБВ 3604 0101 2246 8300 1001
отделение № 535 г.Минска
ОАО «Белинвестбанк», код ІВАН ВЛБВВУ2Х,
УНН 101224683, ОКПО 37600338

18.09.2024 № 02-10/1241

УП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании медицинского
оборудования

В ответ на Ваше письмо от 10.09.2024 №18-05/8017 администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» сообщает, что в рамках строительства объекта «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица – 9 на 480 посещений в смену», рассмотрела по техническим характеристикам возможность поставки и согласна с поставкой следующего медицинского оборудования со склада УП «Белмедтехника» по следующим позициям:

- Весы медицинские электронные (для новорожденных) (позиция 20)- МТ 1084/23 - лот 1;
- Дефибрилятор с электродами для взрослых и детей (поз.57)- МТ 527/24 -лот 1 (позиция 57);
- Кушетка кардиографическая (позиция 65)- МТ 632/24 - лот 2;
- Электрокардиограф портативный переносной (позиция 74)-МТ 075/24 - лот 2;
- Тонометр компьютерный бесконтактный для измерения ВГД (позиция 68) - лот 2;
- Глюкометр (позиция 71);
- Кушетка медицинская, физиотерапевтическая (позиция 169)-МТ 632/24 - лот 1;
- Кушетка смотровая (позиция 195)- МТ 632/24 - лот 1;
- Кушетка процедурная (позиция 196)-МТ 709/24 - лот 1;

- Столик медицинский инструментальный (позиция 219)- МГ 428/24 - лот 2;
- Столик инструментальный хирургический (поз. 263)- МГ 428/24 - лот 2.

Согласовать возможность поставки медицинского оборудования не предоставляется возможным в связи:

- Весы медицинские электронные с механическим ростомером (позиция 44) – отсутствуют наличие и характеристики ростомера;
- Аппарат для искусственного дыхания ручной с отсасывателем (позиция 58) – заявленные технические характеристики соответствуют позиции 112;
- Электрокардиоанализатор 12-ти канальный (позиция 66) – подразумевается стационарное медицинское оборудование, не переносное;
- Тонометр для измерения артериального давления механический (позиция 69) – по техническим характеристикам отсутствует детская манжетка;
- Штатив для длительных вливаний (позиция 280) - не указано в наличии колесной системы;
- Ширма медицинская 3-х секционная, передвижная (позиция 281) – не указаны технические характеристики.

Главный врач



Е.М. Пуцило