



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ  
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ  
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА  
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,  
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,  
e-mail: info@poliklinika6.by  
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001  
аддзяленне № 535 г. Мінска  
ААТ «Белінвестбанк», код ІВАН ВЛВВВУ2Х,  
УНП 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,  
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,  
e-mail: info@poliklinika6.by  
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001  
отделение № 535 г.Минска  
ОАО «Белинвестбанк», код ІВАН ВЛВВВУ2Х,  
УНП 101224683, ОКПО 37600338

09.10.2024 № 02-10/1359

КУП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании медицинского  
оборудования


В дополнение к письму от 02.10.2024 №02-10/1319 на запрос КУП «УКС Мингорисполкома» от 27.08.2024 №18-05/7517 «О согласовании медицинского оборудования» для объекта строительства «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» сообщает следующее.

Согласно предоставленным УП «Белмедтехника» техническим характеристикам рециркулятора бактерицидного напольного передвижного- позиция №12\* не указано количество ламп, согласно маркетинговым исследованиям и архивным данным по конкурсу по МТ №504/24-ЗОИ - «Облучатели и рециркуляторы воздуха», лот № 7 – «Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый (передвижной)» включает лампы бактерицидные 2 шт, установленные в корпусе рециркулятора. Согласно перечню медицинского оборудования рециркулятор воздуха бактерицидный напольный передвижной должен включать лампы бактерицидные 3 шт.

Рециркулятор воздуха бактерицидный со счетчиком отработанного времени, 3 лампы – позиция №13 согласно предоставленным УП «Белмедтехника» маркетинговым исследованиям и архивным данным по конкурсу по МТ №504/24-ЗОИ - «Облучатели и рециркуляторы воздуха», лот №6 «Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый (во влажных помещениях)» технические характеристики соответствует всем

характеристикам согласно перечню медицинского оборудования. Однако, в заявленных архивных ценах УП «Белмедтехника» стоимость выше, чем в данных сети Интернет. Просим приобрести рециркуляторы воздуха бактерицидные со счетчиком отработанного времени, 3 лампы – позиция №13, согласно техническим характеристикам и по более экономически выгодным ценам, соответствующим средним рыночным ценам, предлагаемым другими поставщиками данного оборудования.

Главный врач



Е.М.Пуцило