

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«6-я центральная районная клиническая
поликлиника Ленинского района г. Минска»

Е.М.Пуцило

« 2024 г.

**Технические характеристики (описание)
стерилизатора воздушного проходного типа
для оснащения строящегося объекта «Строительство детской
поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену»**

1. Состав (комплектация) оборудования (1 единица)

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во	Примечание
1.1.	Сушильный стерилизационный шкаф проходного типа		1	
1.2.	Комплект ситообразных поддонов/полок		1	
1.3.	Цифровой дисплей с отображением информации о выбранных программах, фазах цикла стерилизации, возникших проблем.	на лицевой стороне	1	
1.4.	Терморегулятор	с фиксированной автоматической подстройкой	1	

2. Технические требования

2.1.	Микропроцессорный контроль температуры	наличие		
2.2.	Объем камеры	не менее 320 л		
2.3.	Камера	из нержавеющей стали		
2.4.	Конвекция воздуха	естественная		
2.5.	Габаритные размеры в пределах, мм (ДхШхВ)	1055x1050x1600		
2.6.	Входное напряжение для инсталляции	380 В		
2.7.	Потребляемая мощность	не более 9 кВт		
2.8.	Звуковая сигнализация сбоя или ошибки	наличие		

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора