



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ  
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ  
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА  
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,  
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,  
e-mail: info@poliklinika6.by  
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001  
аддзяленне № 535 г. Мінска  
ААТ «Белінвестбанк», код ІВАН ВЛВВВУ2Х,  
УНІ 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,  
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,  
e-mail: info@poliklinika6.by  
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001  
отделение № 535 г.Минска  
ОАО «Белинвестбанк», код ІВАН ВЛВВВУ2Х,  
УНІ 101224683, ОКПО 37600338

09.12.2024 № 02-10/1646

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Белмедтехника»

О процедуре закупки  
БелМТ №858/24-ЭЛ

В ответ на Ваше письмо от 05.12.2024 №18-15/108501 «О процедуре закупки БелМТ №858/24-ЭЛ лот 6 «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная» (позиция 85 по ПСД) для комплектации объекта строительства «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» сообщает, что рассмотрела запросы №6 и №7 участника, поступившие на электронную торговую площадку и сообщает следующую информацию.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 6


Уважаемый участник! В пункте 1.1. раздела «Состав оборудования» прописано наименование «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная», что полностью соответствует наименованию данного оборудования в «Перечне технического оборудования, мебели, инвентаря, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, предусмотренных проектной документацией, подлежащих закупке для комплектации объекта строительства «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену».

В данном случае характеристика «стационарная» подразумевает непереносная центрифуга, рассчитанная, как правило, на большее количество пробирок по сравнению с переносными центрифугами.

## ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 7

Уважаемый участник! Пункт 2.15. раздела «Технические требования» не является основным и обязательным для предмета закупки «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная», и требования этого пункта могут не подлежать экспертной оценке. Следовательно, участник вполне может предложить центрифугу в рамках 85% соответствия техническим требованиям представленного заказчиком технического задания.

Главный врач



Е.М.Пуцило