



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
аддзяленне № 535 г. Мінска
ААТ «Белінвестбанк», код ІВАН ВЛВВУ2Х,
УНН 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
отделение № 535 г.Минска
ОАО «Белинвестбанк», код ІВАН ВЛВВУ2Х,
УНН 101224683, ОКПО 37600338

10.12.2024 № 02-10/1657

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Белмедтехника»

О процедуре закупки
БелМТ №858/24-ЭА

В ответ на Ваше письмо от 05.12.2024 №18-15/108501 «О процедуре закупки БелМТ №858/24-ЭА лот 6 «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная» (позиция 85 по ПСД) для комплектации объекта строительства «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» сообщает, что рассмотрела запросы №6 и №7 участника, поступившие на электронную торговую площадку и сообщает следующую информацию.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 6

Уважаемый участник! В пункте 1.1. раздела «Состав оборудования» прописано наименование «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная», что полностью соответствует наименованию данного оборудования в «Перечне технического оборудования, мебели, инвентаря, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, предусмотренных проектной документацией, подлежащих закупке для комплектации объекта строительства «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену».

В данном случае характеристика «стационарная» подразумевает непереносная центрифуга, рассчитанная, как правило, на большее количество пробирок по сравнению с переносными центрифугами.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 7

Уважаемый участник! Пункт 2.15. раздела «Технические требования» не является основным и обязательным для предмета закупки «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная». Следовательно, участник вполне может предложить центрифугу в рамках 85% соответствия техническим требованиям представленного заказчиком технического задания.

Главный врач



Е.М.Пуцило