



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
аддзяленне № 535 г. Мінска
ААТ «Белінвестбанк», код IBAN ВЛВВВУ2Х,
УНН 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
отделение № 535 г.Минска
ОАО «Белинвестбанк», код IBAN ВЛВВВУ2Х,
УНН 101224683, ОКПО 37600338

13.12.2024 № 02-10/1670

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Белмедтехника»

О согласовании медицинского
оборудования

Администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» не согласовывает возможность отгрузки со склада УП «Белмедтехника» тонометра внутриглазного давления ТВГД-02 по процедуре закупки для комплектации объекта строительства «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» (позиции ПСД № 68 - Тонометр компьютерный бесконтактный для измерения ВГД), ввиду несоответствия технических характеристик проектно-сметной документации.

Тонометр компьютерный бесконтактный для измерения ВГД должен иметь следующие характеристики: метод измерения ВГД – воздушная струя; возможность вывода результатов измерений на монитор и встроенный принтер через компьютерный порт; наличие кабеля электропитания, что не соответствует характеристикам предлагаемого тонометра внутриглазного давления ТВГД-02.

Заместитель главного врача



Е.Л.Кошелевич