



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

**УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»**

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
аддзяленне № 535 г. Мінска
ААТ «Белінвестбанк», код IBAN ВЛВВУ2Х,
УНН 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

**УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»**

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
отделение № 535 г.Минска
ОАО «Белинвестбанк», код IBAN ВЛВВУ2Х,
УНН 101224683, ОКПО 37600338

24.02.2025 № 02-10/354

УП «Белмедтехника»

УП «УКС Мингорисполкома»

О проведении процедуры закупки
из одного источника БелМТ №858/24-ЗОИ

В ответ на Ваши письма УП «Белмедтехника» от 17.02.2025 №8-10/4109 «О проведении процедуры закупки из одного источника БелМТ №858/24-ЗОИ лоты 5,6» и УП «УКС Мингорисполкома» от 20.02.2025 №18-05/1674 «О проведении процедуры закупки из одного источника БелМТ №858/24-ЗОИ лот 6» администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» сообщает следующую информацию по запросу ООО «Арвитмедика».

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 1

Уважаемый участник! В пункте 1.1. раздела «Состав оборудования» прописано наименование «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная», что полностью соответствует наименованию данного оборудования в «Перечне технического оборудования, мебели, инвентаря, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, предусмотренных проектной документацией, подлежащих закупке для комплектации объекта строительства

«Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену»».

В данном случае характеристика «стационарная» подразумевает непереносная центрифуга, рассчитанная, как правило, на большее количество пробирок по сравнению с переносными центрифугами.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 2

Уважаемый участник! Клинико-диагностическая лаборатория строящегося учреждения для обслуживания детского населения, является его вспомогательным структурным подразделением, будет работать с различными видами биологического материала, со стандартными объемами образцов, стандартными системами для забора и обработки крови. В техническом задании на закупку данного оборудования указаны наиболее оптимальные требования для работы клинико-диагностической лаборатории учреждения.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 3

Уважаемый участник! Пункт 2.15. раздела «Технические требования» не является основным и обязательным для предмета закупки «Центрифуга медицинская лабораторная стационарная». Следовательно, участник вполне может предложить центрифугу в рамках 85% соответствия техническим требованиям представленного заказчиком технического задания.

Заместитель главного врача



Л.М.Шавейко