



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
аддзяленне № 535 г. Мінска
ЛАТ «Белінвестбанк», код IBAN ВЛВВВУ2Х,
УНН 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
отделение № 535 г.Минска
ОАО «Белинвестбанк», код IBAN ВЛВВВУ2Х,
УНН 101224683, ОКПО 37600338

26.02.2025 № 02-10/377

УП «УКС Мингорисполкома»

В ответ на Ваше письмо от 17.02.2025 №18-05/1549 «О процедуре закупки БелМТ 1186/24-ЗОИ» лот 12 (Стерилизатор воздушный проходного типа - позиция по ПСД 25) согласно письма УП «Белмедтехника» и запроса организации Общества с ограниченной ответственностью «ИМТ-ГРУПП» администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» сообщает следующую информацию.

1. По пункту 1 (лот 4 и 6), пункту 2 (лот 9) предоставлять пояснения не нужно (24.02.2025 состоялся телефонный разговор между главным врачом учреждения здравоохранения Богдановым Л.А. и представителем УП «Белмедтехника» Соболев А.Н.).

2. По пункту 4 (лот №12): «Терморегулятор с фиксированной автоматической подстройкой» это блок управления (плата управления) и индикации, которые обеспечивают автоматическое выполнение программ в стерилизаторе, а также имеет возможность установки дополнительных пользовательских режимов работы с собственными параметрами.

2. По пункту 5 (лот 12): «Комплект ситообразных поддонов/полок» может быть заменен на навесные кассеты.

Заместитель главного врача

Л.М.Шавейко