

Приложение 1 к заявке на закупку
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
учреждения здравоохранения
«6-я центральная районная клиническая
поликлиника Ленинского района г.
Минска»
Л.М. Шавейко
2025 г.



**Техническое задание на закупку
Офтальмологический ультразвуковой В-сканер.**

В связи со строительством детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9
подлежит закупке офтальмологический ультразвуковой В-сканер в
количестве 1 единица.

1. Состав (комплектация) оборудования (1 единицы).

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Аппарат ультразвуковой диагностический офтальмологический	1
1.2	Зонд для А-сканирования	1
1.3	Зонд для В-сканирования	1
1.4	Стол приборный, электроподъемный для установки прибора	1

2. Технические требования:

2.1	Функции аксиальной биометрии, В-сканирования с частотой не менее 10 МГц	Наличие
2.2	Функция обработки полученных данных для измерения расстояний на сохраненном обследовании, построение видеопоследовательности изображений	Наличие
2.3	Функция расчета диоптрийной силы ИОЛ: наличие не менее 5 формул	Наличие
2.4	Цветной ЖК-экран для визуализации	Наличие
2.5	Наличие креплений на приборе для фиксации	Наличие

	зондов	
2.6	Возможность подключения аппарата к принтеру клиники, компьютерной сети клиники и/или к внешнему персональному компьютеру	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.

Разработано:

Председатель комиссии:

Главный внештатный офтальмолог комитета

по здравоохранению Мингорисполкома

заведующий OMX №1

учреждения здравоохранения

«10-я городская клиническая

больница»



Т.Ф. Воронович

Члены комиссии:

Главный внештатный детский офтальмолог

комитета по здравоохранению Мингорисполкома

заведующий офтальмологическим отделением

учреждения здравоохранения «4-я городская

детская клиническая больница»



Е.Г. Цыганова

Заведующий OMX №1

учреждения здравоохранения

«3-я городская клиническая

больница им. Е. В. Клумова»



М.А. Панес