

Приложение 1 к заявке на  
закупку

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
учреждения здравоохранения  
«6-я центральная районная  
клиническая поликлиника  
Ленинского района г. Минска»  
Л.М.Шавейко  
«    »    202    г.

**Технические характеристики (описание)  
«Аудиометр клинический» в комплекте 1 (одна) единица**

В соответствии с вводом в эксплуатацию объекта «Строительство  
детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в  
смену» подлежит закупке «Аудиометр клинический» в комплекте 1 (одна)  
единица.

Приложение 1

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий  
(при необходимости с разделением на лоты)**

**1. Комплектация аудиометра клинического (1 штука):**

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Аудиометр клинический	1 единица
2.	Головные телефоны (правый и левый)	1 набор
3.	Костный телефон	1 штука
4.	Высокочастотные головные телефоны (правый и левый)	1 набор
5.	Звуковые колонки, совместимые с аудиометром	2 штуки
6.	Внешние усилители свободного звукового поля, совместимые с аудиометром	2 штуки
7.	Кнопка ответа пациента	1 штука
8.	Наушники оператора для мониторинга (правый и левый)	1 набор

## 2. Технические характеристики

№ п/п	Основные требования	Показатели
2.1	Технические характеристики	
2.1.1.	Два независимых канала для проведения аудиометрии	Наличие**
2.1.2.	Диапазон частот при воздушном звукопроведении, Гц	от 125 до 8000
2.1.3.	Высокочастотная аудиометрия в частотном диапазоне, Гц	от 8 000 Гц до 20 000
2.1.4.	Диапазон частот при костном звукопроведении, Гц	от 250 до 8000
2.1.5.	Аудиометрия в свободном звуковом поле	Наличие
2.1.6.	Речевая аудиометрия	Наличие
2.1.7.	Диапазон громкости воздушной проводимости, дБ	100
2.1.8.	Диапазон громкости костной проводимости, дБ	70
2.1.9.	Диапазон громкости речевой аудиометрии, дБ	100
2.1.10.	Шаг приращения громкости	1 дБ или 5 дБ
2.1.11.	Сигнал тестирования	Тон, модулированный тон (трель)
2.1.12.	Встроенный CD-проигрыватель	Наличие
2.1.13.	Встроенные тесты (SISI, Stenger, ABLB, TT-dekay, Люшера)	Наличие
2.1.14.	Вывод информации на ЖК-экран в реальном времени	Наличие
2.1.15.	Сохранение аудиограмм в памяти	Наличие
2.1.16.	Возможность подключения к персональному компьютеру	Наличие
2.1.17.	USB-разъем	Наличие

- пункты, отмеченные \*\* - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

**3. Гарантийный срок** на поставляемое оборудование не менее 24-х месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

**Разработчики технических характеристик:**


**Председатель комиссии:**

Врач-оториноларинголог (заведующий отделением)  
оториноларингологического отделения учреждения здравоохранения  
«3-я городская детская клиническая больница»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  \_\_\_\_\_ Н.И.Неборская

**Члены комиссии:**

Врач-оториноларинголог  
отделения оториноларингологии № 1  
учреждения здравоохранения  
«4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  \_\_\_\_\_ В.В.Родин

Главный внештатный оториноларинголог  
комитета по здравоохранению  
Мингорисполкома учреждения здравоохранения  
«11-я городская клиническая больница»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  \_\_\_\_\_ С.Н. Колесникова