



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОУЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
«6-я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»

220030, г.Мінск, вул. Ульянаўская, д.5,
тэл. (017) 215 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
аддзяленне № 535 г. Мінска
ААТ «Белінвестбанк», код IBAN ВЛВВВУ2Х,
УНН 101224683, АКПА 37600338

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«6-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

220030, г.Минск, ул. Ульяновская, д.5,
тел. (017) 226 64 00, факс (017) 215 64 04,
e-mail: info@poliklinika6.by
р/с ВУ 40 ВЛВВ 3604 0101 2246 8300 1001
отделение № 535 г.Минска
ОАО «Белинвестбанк», код IBAN ВЛВВВУ2Х,
УНН 101224683, ОКПО 37600338

01.04.2025 №02-10/573

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Белмедтехника»

О процедуре закупки БелМТ
№1186/24 лот 12

Администрация учреждения здравоохранения «6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска» в отношении медицинского оборудования «Стерилизатор паровой» процедуре закупки БелМТ №1186/24 лот 12 в отношении запроса ООО «ИМТ-ГРУПП» по п.4 сообщает, что нецелесообразно рассматривать технические характеристики данного медицинского оборудования с комплектом навесных кассет в количестве 12 штук, так как не соответствуют характеристикам комплекта ситообразных поддонов/полок.

Пункт 1.4. - Терморегулятор с фиксированной автоматической подстройкой подразумевает блок управления/плату управления и индикации, которые обеспечивают автоматическое выполнение программ в стерилизаторе, а также имеет возможность установки дополнительных пользовательских режимов работы с собственными параметрами.

Главный врач

Е.М. Пуцило