

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
учреждения здравоохранения
«6-я центральная районная
клиническая поликлиника
Ленинского района г.Минска»
Е.М. Пуцило
« 2024г.

Технические характеристики (описание)

**Весы аналитические
для оснащения объекта строительства «Строительство детской
поликлиники в микрорайоне Лошица – 9 на 480 посещений в смену» (1 ед.)**

Область применения – клиническая лабораторная диагностика.

1.Состав (комплектация) оборудования(1 единица):

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.1.	Весы аналитические	1 единица	Должны быть включены все принадлежности, необходимые для ввода устройства в эксплуатацию
1.2.	Паспорт	1 шт.	Наличие
1.3.	Руководство по эксплуатации	1 шт.	Наличие

2.Технические требования:

- 2.1.Назначение – определение массы предметов и жидких или сыпучих веществ.
- 2.2.Наличие ЖК-индикатора, мембранной клавиатуры.
- 2.3.Максимальная навеска не менее 200 г.
- 2.4.Класс точности –2; четыре знака после запятой.
- 2.5.Функция обнуления.
- 2.6.Наличие защитного кожуха.
- 2.7.Комплектация грузом для калибровки.
- 2.8.Поставка весов должна быть с поверкой.
- 2.9.Выбор единицы измерения (граммы, караты и т.д.).
- 2.10.Автоматическое выключение при перерыве в работе.
- 2.11.Задание массы калибровочной гири с клавиатуры.
- 2.12.Платформа из нержавеющей стали.
- 2.13.Габаритные размеры не более 260x200x300 мм.
- 2.14.Устройство работает от сети переменного напряжения 220В±10%.