

Экспертное заключение

Заключение экспертной комиссии по процедуре закупки из одного источника "Кресло вращающееся для исследования вестибулярного аппарата (кресло Барани)"

На основании приказа главного врача УЗ «18-я городская поликлиника» от 15.01.2024 № 21 «О создании экспертной комиссии»

Созданная комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Толстик А.В. – заместитель главного врача по МЭиР
Члены комиссии:	Пузикова З.А. – ведущий специалист по организации закупок
	Бондаренко Ж.В. – главная медицинская сестра
	Усова Е.В. - техник

Наименование участника	ООО «Медэкоцентр»	ООО «Медтехпром+»
Наименование товара	Кресло Барани ТУ32.50.50-001-61593132-2018	Кресло Барани ТУ32.50.50-001-61593132-2018
Изготовитель товара	ООО «Медтехпром+» Российская Федерация Московская обл, г. Балашиха, Шоссе Западная коммунальная зона Энтузиастов,	ООО «Медтехпром+» Российская Федерация Московская обл, г. Балашиха, Шоссе Западная коммунальная зона Энтузиастов, владение 1А

Состав оборудования и технические требования	владение 1А			
	Да/Нет	балл	Да/Нет	балл
1.1 стойка с барабаном и тормозным механизмом	да	1	да	1
1.2 каркас с сиденьем и подлокотниками	да	1	да	1
1.3 ограждение	да	1	да	1
1.4 подножка	да	1	да	1
1.5 стержень с ручкой	да	1	да	1
1.6 толкатель с кнопкой	да	1	да	1
1.7 паспорт изделия	да	1	да	1
Соответствие комплектации, %	100	7	100	7
Технические требования	Да/Нет	балл	Да/Нет	балл
2.1 Конструкция (неразборная в виде сварного каркаса)	да	1	да	1
2.2 Каркас (цельный-исполнение-металл с	да	1	да	1

применением полимерного покрытия)				
2.3 Ручка вращатель (исполнение- металл с применением полимерного покрытия)	да	1	да	1
2.4 Сидение (исполнение ДСП, поролон, материал обивки кожзам)	да	1	да	1
2.5 На ножках (пластиковые накладки)	да	1	да	1
Дополнительные требования, параметры	Да/нет	балл	Да/нет	балл
Габариты Д*Ш*В не более 1700*700*700мм	Нет, не соответствуют по ширине и высоте 1600*800*800	0	Нет, не соответствуют по ширине и высоте 1570*760*760	0
Высота сидения от пола не менее 520мм	Да	1	да	1
Вес не более 10кг	Нет Масса 15 кг	0	Нет масса 16 кг	0

Количество баллов	6	6
Соответствие техническим требованиям заявки на закупку, %	75%	75%

Заключение экспертной комиссии:





Предложение участника ООО «Медэкоцентр» соответствует заявке на закупку в части требований к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий на 100%, в части технических требований на 75%, но могут применяться на объекте.

Предложение участника ООО «Медтехпром+» соответствует заявке на закупку в части требований к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий на 100%, в части технических требований на 75%, но могут применяться на объекте.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Толстик А.В.
 Пузикова З.А.
 Бондаренко Ж.В.
 Усова Е.В.