



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
«3-Я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЕННАЯ  
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА  
КАСТРЫЧНІЦКАГА РАЕНА Г.МІНСКА»

вул. Варанянскага, 13, к.2, 220007, г. Мінск  
тэл. (017) 374 37 51, факс 374 81 42,  
р/р ВУ17АКВВ36046376200025400000  
ЦБУ № 527 ААБ «Беларусбанк», код  
АКВВВУ2Х

30.05.2025 № 0108/998  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«3-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
ОКтябрьского РАЙОНА Г.МИНСКА»

ул. Воронянского, 13, к.2, 220007, г. Минск  
тел. (017)374 37 51, факс 374 81 42,  
р/с ВУ17АКВВ36046376200025400000  
ЦБУ №527 АСБ «Беларусбанк», код  
АКВВВУ2Х

КУП «УКС Мингорисполкома»

### О предоставлении информации

Администрация учреждения здравоохранения «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г. Минска» сообщает, предложения для объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «МИНСК-МИР» взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10»:

- установка для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов с принадлежностями и расходными материалами соответствует техническому заданию;

- аппарат магнитофототерапии (поставщиком предложен аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-02», указанный прибор частично соответствует заданию, он имеет только магнитное поле, но отсутствует световое воздействие (фототерапия);

- аппарат магнитотерапевтический соответствует техническому заданию;

- прибор комбинированной электротерапии соответствует техническому заданию;

- устройство увлажнения кислорода без подогрева соответствует техническому заданию.

Главный врач

И.В.Пашуто