

## Приходная накладная № ПНк-0253106 от 05.06.2025 г.

Грузополучатель: УП "Белмедтехника", Место №1, Отдел складской обработки товара

Поставщик: ОАО "Зенит-БелОМО", 222410, г.Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26  
По договору № S-25/1058-2 от 10.04.2025

Входящий № 1304 от 05.06.25 по накладной поставщика № УЯ4140471

Приходная накладная расценена документом № от ; Расценка получена: . . . г.

№ п/п	Наименование товара Изготовитель, страна	Ед. Изм.	Кол-во	Цена, руб. РБ	Сумма, руб. РБ	Годен до	Серия, лот	Адрес хранения
1	Бесы медицинские электронные ВЭМ-150 ТУ РБ 600102155.041-2001 изм."б", ОАО "Зенит-БелОМО" 222410, г.Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26 Производственная площадка: ОАО Зенит-БелОМО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 222416, г. Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26	шт	25,000	1 010,00	27 775,00		см. упаковочн. лист	э2р1м10
<b>Итого:</b>					<b>27 775,00</b>			

Сумма прописью: Двадцать семь тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

*Примечание: 1. Принято 25 мест (общее количество мест по товаросопроводительным документам к поставке по контракту) - За упаковкой: поставщика 23 мест. 2. Маркировка товарасверена по ТСД, со спецификацией и с маркировкой на упаковке товара. Примечание без температурного режима. 3. Товаросопроводительные документы: -упаковочный лист б/н- регистрационное удостоверение МЗ РБ, № ИМ-7.7568/2201 бессрочно- сертификат типа средства измерения № 13953 до 28.01.26г. Примечание по документам руководство по эксплуатации, гос. поверка по 30.05.26г.*

Товар оприходовал \_\_\_\_\_ Гришина



## Акт приемки № АП-000003183 от 05.06.2025 г.

Место №1, Отдел складской обработки товара

Поставщик: ОАО "Зенит-БелОМО", 222410, г.Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26  
По договору № S-25/1058-2 от 10.04.2025 отВходящий № от ...  
Номер Бланка ТТН УЯ4140471 от 05.06.25  
С/Ф № от ...

№ п/п	Наименование товара Изготовитель, страна	Ед. Изм.	Кол-во	Годен до	Серия, лот	Рег. удост-е №	Рег. удост-в-е срок до
1	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 ТУ РБ 600102155.041-2001 изм."б", ОАО "Зенит-БелОМО" 222410, г.Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26 Производственная площадка: ОАО Зенит-БелОМО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 222416, г. Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26	шт	25,000		см. упаковочн. лист	№ ИМ-7.7568/201 бессрочно	бессрочно

**Примечание:**

1. Принято 25 мест (общее количество мест по товаросопроводительным документам к поставке по контракту)

- За упаковкой: поставщика 23 мест

**2. Маркировка товара:**


сверена по ТСД, со спецификацией и с маркировкой на упаковке товара

Температурный режим без температурного режима**3. Товаросопроводительные документы:**

- упаковочный лист б/н

- регистрационное удостоверение МЗ РБ, № ИМ-7.7568/2201 бессрочно

- сертификат типа средства измерения № 13953 до 28.01.26г.

Примечание по документам руководство по эксплуатации, гос. поверка по 30.05.26г.Груз проверил  Специалист Гришина Е. В.Документ заполнил  Специалист Гришина Е. В.Документ проверил \_\_\_\_\_ Заместитель заведующего складом  
Будько И. А.

Документ передан декларанту \_\_\_\_\_

Дата получения акта \_\_\_\_\_

подпись



**ОТЧЕТ О ПРИЕМКЕ ТОВАРА**

Дата поставки 05.06.25 Место приемки \_\_\_\_\_  
 Инвойс № \_\_\_\_\_ по договору № S-25/1058 ; № CMR, TTN SQ 4140471

Состояние грузовых мест, транспортные коробки	без замечаний ✓		
	Замечания: нарушение целостности; доступ к содержимому; намокание; примятость, наличие дефектов упаковки или другие замечания + фото		
Количество грузовых мест согласно ТСД	соответствует ✓		
	не соответствует: фактическое количество:		
Маркировка грузовых мест	в соответствии с условиями договора ✓		
	отсутствует или не соответствует условиям договора + фото: замечания:		
Наличие датчиков состояния грузового места или товара (удара, наклона, температуры и др.)	присутствуют	в норме	Количество+фото:
		сработаны	
	не установлены на грузовые места ✓		
Требования температурного режима транспортировки и хранения, иных условий транспортировки и хранения к товару	без ограничения ✓		
	указано в ТСД (CMR, инвойсе, упаковочном, сертификатах и др):		
	указано на транспортной упаковке:		
	указано на индивидуальной упаковке (при вскрытии транспортной упаковки):		
	температура в помещении согласно показаниям термометра:		
	условия транспортировки		
	наличие расхождений:	есть	нет
	температура в транспортном средстве, доставившем товар + распечатка Т°С за период доставки (при наличии)		
Маркировка товара (наименование, модель)	Соответствует ✓		
	не соответствует + фото, указать номера товарных позиций инвойса		
Производитель	соответствует ✓		
	не соответствует + фото		
Производственная площадка	соответствует ✓		
	не соответствует + фото		
Каталожные номера	соответствуют <u>НЕ УКАЗАН</u>		
	не соответствуют: номера товарных позиций инвойса: + фото		
Сроки годности	соответствуют информации упаковочного листа <u>НЕТ</u>		
	не соответствуют: на упаковочном листе написать фактические сроки годности + фото		
	не соответствуют в % выражении требованиям договора		

Результаты приемки товара сдаст: Гришина С.В. Ф.И.О. Подпись

Документ проверил: \_\_\_\_\_ Ф.И.О. Подпись



Для выписки на ПЭВМ  
с соблюдением всех реквизитов формы

1-й экз. — грузополучателю  
2-й экз. — грузоотправителю  
3-й и 4-й экз. — перевозчику

Форма установлена  
постановлением  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
30.06.2016 № 58

600102155

100027309

Серия УЯ

1

# ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ



4140471



Автомобиль 05 Шкода 85 Прицеп \_\_\_\_\_

К путевому листу 494

Водитель Шандо ВВ

(марка, государственный номер)

(фамилия и инициалы)

Заказчик автомобильной  
перевозки (плательщик) \_\_\_\_\_

(наименование, адрес)

Грузоотправитель

Открытое акционерное общество "Зенит - БелОМО", 222416, Минская обл., г. Вилейка, ул. Чапаева, 26

(наименование, адрес)

Грузополучатель

УП "Белмедтехника" 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 16, корп. 4

(наименование, адрес)

Основание отпуска

Дог. № S-25/1058 от 10.04.2025, 3 р/дн. с даты пост., ден. сре-в на р/счет Покупателя перечисленных Заказчиком, Третьяк

(наименование, дата и номер документа)

Пункт погрузки

г. Вилейка, ул. Чапаева, 26

Пункт разгрузки

г. Минск, ул. Асаналиева, 31 или 31/1

Переадресовка

(наименование, адрес нового грузополучателя, новый пункт разгрузки, фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего решение о переадресовке)

## I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ

Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб. коп.	Стоимость с НДС, руб. коп.	Количество грузовых мест	Масса груза	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3166404412004000 Весы медицинские электронные ВЭМ-150 ТУ РБ 600102155.041-2001 изм."Б"	шт	25	1010.00	25250.00	10	2525.00	27775.00	25	215.00	
Итого	х	25	х	25250.00	х	2525.00	27775.00	25	215.00	

07  
147

Всего сумма НДС Две тысячи пятьсот двадцать пять руб. 0 коп. (прописью)

Всего стоимость с НДС Двадцать семь тысяч семьсот семьдесят пять руб. 0 коп. (прописью)

Всего масса груза, кг двести пятнадцать (прописью) Всего количество грузовых мест двадцать пять (прописью)

Отпуск разрешил Зам.директора по ком.вопросам-нач.ком.отдела Гисич С.А. (должность, фамилия, инициалы, подпись) Товар к перевозке принял водитель (должность, фамилия, инициалы, по

Главный бухгалтер Гаврильчик Е.А. (подпись) по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ : : AM \_\_\_\_ Г. (номер, дата)

Сдал грузоотправитель Техник по учету складского хоз-ва Желобкович И.У. выданной \_\_\_\_\_ (наименование организации)

Принял грузополучатель \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись) № пломбы \_\_\_\_\_

Штамп (печать) грузоотправителя \_\_\_\_\_ Штамп (печать) грузополучателя \_\_\_\_\_

**II. ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

Операция	Исполнитель	Способ (ручной, механизированный)	Код	Дата, время (ч, мин)			Дополнительные операции		Подпись
				прибытия	убытия	простоя	время	наименование	
Погрузка	Открытое акционерное	ручной	14	15:00	16:00	17	18	19	20
Разгрузка				10	11				

Транспортные услуги \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)**

Расстояние перевозки по группам дорог, км					Код экспедир.	За транспортные услуги	Поправочный коэффициент		Штрафы	
всего	в городе	I	II	III			расценки водителю	основной тариф		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Составленные акты (дата, номер) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Расчет стоимости	За тонны	За расст. перевозки	За спец. транспорт	За трансп. услуги	Погр.-разгр. работы, т	Сверхнорм. простой		Прочие доплаты	Дополнительные услуги	К оплате		Таксировка
						погрузка	разгрузка			итого	в том числе ТЭП	
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
По заказу												
Выполнено												
Расценка												
К оплате												

С товаром переданы документы: ТТН-1



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

13953

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

28 января 2026 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений

"Весы медицинские электронные ВЭМ-150",

изготовитель - **ОАО "Зенит-БелОМО"**, г. Вилейка Минской обл.,  
Республика Беларусь (BY),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 02 1374 21** и допущен к применению в Республике Беларусь с 28 января 2021 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя Комитета



Д.П.Барташевич

28 января 2021 г.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



УТВЕРЖДАЮ  
Директор БедГИМ

В.Л. Гуревич  
2021

Весы медицинские электронные ВЭМ-150	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 02 1374 21
--------------------------------------	--

Выпускают по ТУ РБ 600102155.041-2001

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы медицинские электронные ВЭМ-150 (далее - весы), предназначены для взвешивания пациентов в медицинских учреждениях, детей и взрослых в домашних условиях.

Область применения – медицинские учреждения и в домашних условиях.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании механического воздействия силы тяжести взвешиваемого груза на силоизмерительный датчик в электрический сигнал, пропорциональный измеряемой массе. В электрической схеме происходит усиление сигнала и преобразование его в цифровой код. После обработки цифрового кода на табло индикации весов отображается значение величины взвешиваемой массы.

Весы ВЭМ-150 состоят из:

- основания, на котором установлен тензометрический параллелограммный датчик;
- блока индикации, на котором находится табло и кнопки управления.

На датчике закреплена грузоприемная площадка, закрытая платформой. Крышка крепится к корпусу при помощи четырех винтов, под один из которых установлена пломбировочная чашка для нанесения клейма ОТК.

На боковой панели корпуса весов размещены сетевой выключатель RS 232C для подключения внешнего устройства.

Весы выполняют следующие функции:

- обнуление показаний индикатора;
- выборка массы тары;
- вывод на табло индикации, занесенного в память, результата взвешивания.

Общий вид весов медицинских электронных ВЭМ-150 приведен на рисунке 1. Схема пломбирования весов от несанкционированного доступа с указанием мест нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки и оттиска знака поверки приведена в Приложении А.






Рисунок 1- Общий вид весов ВЭМ-150

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011	средний
Максимальная нагрузка Max, кг	150,000
Минимальная нагрузка Min, кг	1,0
Действительная цена деления (шкалы) d и поверочный интервал весов (e), г	50
Погрешность установки на нуль, не более	$\pm 0,25 e$
Диапазон выборки массы тары, кг	от 1,00 до 10,00
Время выхода на установленный режим, мин, не более	15
Время непрерывной работы, ч, не более	16
Время установления показаний при взвешивании, с, не более	3
Диапазон напряжений питания от сети переменного тока с частотой 50 Гц, В	от 195 до 253
Потребляемая мощность, В·А, не более	15
Габаритные размеры, мм не более	425x295x115
Масса, г, не более	12,5
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP40
Условия эксплуатации: – диапазон рабочих температур, °С – относительная влажность, %	от 5 до 35 85 при температуре 35 °С

Пределы допускаемой погрешности при поверке в интервалах взвешивания приведены в таблице 2.



Таблица 2

Интервал взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности при поверке, г
от 1,00 до 25,00 вкл.	$\pm 0,5 \text{ e} (\pm 25,0)$
св. 25,0 до 100,0 вкл.	$\pm 1,0 \text{ e} (\pm 50,0)$
св. 100,0	$\pm 1,5 \text{ e} (\pm 75,0)$

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.

Программное обеспечение (далее – ПО) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

ПО не может быть модифицировано, загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после опломбирования.

Для защиты от несанкционированного доступа к внутренним частям и изменений параметров их настройки и юстировки, а также измерительной информации используется переключатель настройки и юстировки, пломбируемый пломбой в виде разрушаемой наклейки или свинцовой пломбой.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии.  
Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные		Значение
Идентификационное наименование ПО		не применяется
Номер версии (идентификационный номер) ПО	КВ-4С	2.5.2.11
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)		*
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО		*
Примечание: * – данные не доступны, так как данное ПО не может быть изменено, модифицировано, прочитано или загружено через какой-либо интерфейс после опломбирования.		

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом с последующим ламинированием на лицевую панель и на титульный лист руководства по эксплуатации.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Весы медицинские электронные ВЭМ-150	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ РБ 600102155.041-2001 «Весы медицинские электронные ВЭМ-150. Технические условия».

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования испытания».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы медицинские электронные ВЭМ-150 соответствуют требованиям ТУ РБ 600102155.041-2001, ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Декларация ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР020 003 33510 (действительна по 16.04.2024 включительно).

Межповерочный интервал - не более 12 месяцев. Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь - не более 12 месяцев.

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ.

Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, д. 93

Тел. (017)-378-98-13.

Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Зенит-БелОМО"

Адрес: 222416, Республика Беларусь, Минская обл., г. Вилейка,

ул. Чапаева, 26

Телефон: 8 (01771) 32969


Начальник НИЦИСИиТ

Директор ОАО «Зенит-БелОМО»



Д.М. Каминский


Н.Н. Гайчук




Приложение А  
(обязательное)

Схема пломбирования весов от несанкционированного доступа с указанием мест нанесения оттиска знака поверки.

Весы медицинские электронные ВЭМ-150



Клеймо ОТК



Место нанесения знака поверки  
в виде клейма - наклейки





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ ИМ-7.7568/2201

Настоящее удостоверение выдано

**ОАО Зенит-БелОМО УНП:600102155, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Весы медицинские электронные ВЭМ-150 ТУ РБ 600102155.041-2001 изм."6"**

Тип: медицинская техника

Производитель: **ОАО Зенит-БелОМО УНП:600102155, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 222416, г. Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26**

Производственная площадка: **ОАО Зенит-БелОМО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 222416, г. Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева, 26**

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

**В соответствии с руководством по эксплуатации**

Регистрационный номер: **Мг-7.113682/7.004-2012**


Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинской техники.

Дата государственной регистрации:  
**11.01.2022 г.**

Заместитель Министра



Андрасюк  
Иринова ТВ



№ 0032926



вул. Чапаева, 26, 222416,  
г. Вилейка, Рэспубліка Беларусь  
+375 1771 329 69, +375 1771 329 52 (факс)  
zenit-belomo.by, zenit@zenit-belomo.by  
УНП 600102155, АКПА 14536193



ул. Чапаева, 26, 222416,  
г. Вилейка, Рэспубліка Беларусь  
+375 1771 329 69, +375 1771 329 52 (факс)  
zenit-belomo.by, zenit@zenit-belomo.by  
УНП 600102155, ОКПО 14536193

## ДОВЕРЕННОСТЬ № 8

Первое июня две тысячи двадцать третьего года

г. Вилейка

Открытое акционерное общество «Зенит-БелОМО», в лице директора Гайчука Николая Николаевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает заместителя директора по коммерческим вопросам – начальника коммерческого отдела Гисича Сергея Алексеевича, паспорт МС 3227294, выдан Вилейским РОВД 28.11.2019, личный номер 3220475B056PB1, подписывать следующие документы:

1. Договора, касающиеся коммерческой деятельности;
2. Договора, о материальной ответственности лиц, подчиненных по структуре управления;
3. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей;
4. Трудовые договора (контракты) с работниками, подчиненными по структуре управления;
5. Приказы и другие документы, связанные с командированием работников подчиненных служб;
6. Приказы и распоряжения связанные с коммерческой деятельностью;
7. Планы, отчеты и другие документы, касающиеся коммерческой деятельности;
8. Акты выполненных работ, услуг;
9. Утверждать акты на списание материалов и комплектующих изделий,

а также получать документы, подавать заявления, расписываться и совершать все действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна по тридцать первое мая две тысячи двадцать шестого года.

Подпись Гисича Сергея Алексеевича \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Директор ОАО «Зенит-БелОМО»



Н.Н. Гайчук



# Упаковочный лист

Мест 25

Вес брутто 215,00кг

Вес нетто 200,00кг

Получатель УП «Белмедтехника», 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 16, к. 4

Договор №S-25/1058 от 10.04.2025г.

Перечень упакованных изделий (с указанием модели, марки)	Ед. изм.	Количество товара
Весы медицинские электронные ВЭМ-150 ТУ РБ 600102155.041-2001 изм. «б»	шт.	25 (Двадцать пять)
2500734	2500720	
2500726	2500714	
2500724	2500719	
2500738	2500718	
2500736	2500706	
2500735	2500672	
2500730	2500694	
2500721	2500699	
2500720	2500662	
2500733		
2500748		
2500732		
2500734		
2500728		
2500716		
2500714		



Упаковщик \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

« 05 » июня

2025г

