

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«14-я ГАРАДСКАЯ
ДЗПЯЧАЯ КЛІНІЧНАЯ
ПАЛІКЛІНІКА»

220019 г. Мінск, вул. Сухараўская, 40
р/р ВУЗ8АКВВ36040000818150000000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк»
г. Мінска, пр-т Незалежнасці, 56
код АКВВВУ2Х, УНН 193665944

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«14-я ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 40
р/с ВУЗ8АКВВ36040000818150000000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр-т Независимости, 56
код АКВВВУ2Х, УНП 193665944

18.07.2025 № 07-20/785

Директору УП «УКС
Минскгорисполкома»
Бобарико А.К.

О работе анализатора глюкозы

Учреждение здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» сообщает о том, что для передачи данных в медицинскую информационную систему (далее – МИС) из анализатора глюкозы EKF Biosen C-Line используется преобразователь MOXA NPort 5110 (Переходник MOXA NPort 5110, 1 Port RS-232 (DB9M) в 10/100BaseTX) назначение которого подключение к локальной вычислительной сети (далее – ЛВС). После распаковки при первом включении с комплектным блоком питания и подключении к ЛВС индикатор Link не загорается, сброс кнопкой reset не помогает. Просим вас направить представителя поставщика (специалиста) для запуска вышеуказанного оборудования и при необходимости предоставить проверенное исправное оборудование для проведения работ по дальнейшему подключению анализатора к МИС. Серийный номер MOXA NPort 5110 ТВАКЕ1012992.

Главный врач



Н.В.Татур

Администратор сетей
Юшкевич Дмитрий Валентинович
+37529 1710510

Начальник хозяйственной службы
Кажуховский Евгений Владимирович
гор.: +375172194519; моб.: +37529 6655308