

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – позиция №44

Экспертное заключение по процедуре закупки
«Ростомер» в количестве 30-и штук;

Лот №1

Наименование товара	Ростомер СЗАО «Белмедматериалы »	Ростомер РУП «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»	Ростомер ООО «Тим Гарант»	Ростомер ООО «Сатом Трейд»					
1. Требования к комплектации (составу, оборудованию и (или) изделию): Стульчик	Основание	Да/нет	Балл	Да/нет	Балл				
	Рейка	+	1,0	-	0	+	1,0	+	1,0
	Указатель	+	1,0	+	1,0	+	1,0	+	1,0
	СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, %	+	1,0	+	1,0	+	1,0	+	1,0
	2. Технические требования	100,0 (4 балла)		75,0 (3 балла)		100,0 (4 балла)		100,0 (4 балла)	
Предназначен для измерения роста детей в возрасте до 17 лет	Да/нет	Балл	Да/нет	Балл	Да/нет	Балл	Да/нет	Балл	
	+	1,0	+	1,0	+	1,0	+	1,0	
Предел измерения роста до 200 см	+	1,0	-	0	+	1,0	+	1,0	
Габаритные размеры 590*535*2300 мм	-	0	-	0	+	1,0	+	1,0	
СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, %	75,0 (2 балла)		33,3 (1 балла)		75,0 (2 балла)		75,0 (2 балла)		
3. Требования, предъявляемые к	+	1,0	-	0	+	1,0	+	1,0	