

Камітэт па ахове здароўя Мінгарвыканкама

Ўстанова аховы здароўя  
«37-я гарадская паліклініка»


вул. Я. Лучыны, 28 г.Мінск, 220112, РБ  
Тел/Факс: 390 72 51  
р/с ВУ86АКВВ36045240002100000000  
ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
код АКВВВУ2Х  
УНН 191432505 ОКПО 379457355000



Комитет по здравоохранению Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения  
«37-я городская поликлиника»

ул. Я. Лучыны, 28 г.Минск, 220112, РБ  
Тел/Факс: 390 72 51  
р/с ВУ86АКВВ36045240002100000000  
ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
код АКВВВУ2Х  
УНН 191432505 ОКПО 379457355000



Минский городской исполнительный  
комитет  
«Управление капитального  
строительства Мингорисполкома»

О предоставлении информации  
Взамен предоставленного ранее

Администрация учреждения здравоохранения «37-я городская поликлиника» в соответствии с письмом УП «УКС Мингорисполкома» от 22.08.2025 №18-01/7974 «О выдаче технического заключения» предоставляет экспертное заключение Лот №1 по процедуре закупки «Столик манипуляционный, одна нижняя съемная полка, верхняя несъемная полка, 1 выдвижной ящик, 4 колеса (два из них с тормозом)» в количестве 4-х штук. Просим повторно включить в проектно-сметную документацию закупку данного оборудования.

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 1 на 2 л.

Главный врач



Л.А.Богданов

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ЛОТ №1

Экспертное заключение по процедуре закупки:  
 «Столик манипуляционный, одна нижняя съемная полка, верхняя несъемная полка, 1 выдвижной ящик, 4 колеса (два из них с тормозом)» в количестве 4-х штук;

Лот №1

Наименование товара	Столик манипуляционный, одна нижняя съемная полка, верхняя несъемная полка, 1 выдвижной ящик, 4 колеса (два из них с тормозом)	
Изготовитель товара	СЗАО «Белмедматериалы»	
<b>1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий:</b>	Да/нет	Балл
Верхняя несъемная полка	+	1,0
Нижняя съемная полка	+	1,0
Один выдвижной ящик,	+	1,0
4 колеса, два из них с тормозом	+	1,0
<b>СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, %</b>	100,0 (4 балла)	
<b>2. Технические требования</b>	Да/нет	Балл
Полки из нержавеющей стали	+	1,0
Усиленный разборный металлокаркас	+	1,0
Металлокаркас из стальной профильной трубы, квадратного или прямоугольного сечения	+	1,0
Покрытие каркаса-порошкво-полимерная краска	+	1,0
Устойчив к воздействию агрессивных жидкостей	+	1,0
Габаритные размеры стола (Д*Ш*В) не более 600*470*940 мм	+	1,0
<b>СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, %</b>	100 (6 баллов)	
<b>3. Требования, предъявляемые к гарантийному обслуживанию</b>	-	0
Общее количество баллов за соответствие техническим требованиям заявки на закупку	10	
Соответствие техническим требованиям заявки на закупку, %	100	

Заключение:

1. Предложение СЗАО «Белмедматериалы» по лоту №1 не соответствует комплектации и техническим требованиям на 100% заявки на закупку.

и.о. заместителя главного врача  
по ОМПД



Щелчок А.Н.

и.о. заведующего  
педиатрического отделения №2



Тарасенко С.Н.

Заместитель главного врача по АХЧ



Рослик Е.И.