



# АДВИН

Закрытое Акционерное Общество «АДВИН Смарт Фэктори»  
ул. Селицкого 7, 220075, Минск  
Тел./Факс: +375 (17) 349 0000  
E-mail: info@advin-group.com  
Сектор сервисного обслуживания:  
+375 (17) 349 00 55

## АКТ готовности помещения для монтажа

Униоптима-ЦР № \_\_\_\_\_

(наименование рентгеновского оборудования)

в Объекте «Экспериментальный многофункциональный комплект «Минск-Мир. Взрослая поликлиника на 850 помещений в квартале №2910»

(наименование учреждения)

| №  | Требование   | Имеется                             | Отсутствует                         |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Наличие помещений для установки аппарата <sup>1</sup>  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 2  | Прошедший экспертизу проект установки РО от. ____ .06.2023 (копию плана установки РО приложить)                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 3  | Сеть переменного тока  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 4  | Сеть питания с защитным заземлением  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 5  | Щит электропитания с автоматом защитного отключения  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 6  | Смотровое окно из свинцового стекла из пультовой в процедурную или видеосистема для визуального контроля за пациентом. | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 7  | Переговорное устройство пультовая-процедурная  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8  | Охранная сигнализация <sup>2</sup>   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9  | Акт приемки скрытых работ на устройство защиты от рентгеновского излучения (стены и перекрытия под штукатуркой)        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 10 | Акт приемки системы вентиляции   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 11 | Акт испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 12 | Освещение  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | Отопление  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | Отверстие для шлейфа интерфейса  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 15 | Евророзетки на рабочем месте лаборанта   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 16 | Евророзетки на рабочем месте врача-рентгенолога  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 17 | Навыки работы персонала на персональном компьютере   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 18 | Монтаж электросети выполнен в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ).                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

**Примечания:**

1. Кабель-каналы выполнены в открытом исполнении
2. Отсутствуют кабели питания аппарата
3. Отсутствует освещение в помещении
4. Отсутствует постоянное питание 380 В и 220 В
5. Предположительно аппарат будет эксплуатироваться в УЗ «41-я городская поликлиника»
6. Аппарат отсутствует в помещении.
7. Предусмотрена установка аппарата «Униоптима-ЦР» зав.№0095

**ВЫВОДЫ:** помещение не готово к монтажу аппарата. Представители заказчика обозначили дату устранения всех замечаний 17.11.2025 г.

Представитель ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори"

Должность вед. инженер по наладке и испытаниям

фамилия, подпись Матюш А.И.

подпись М

«12» ноября 2025 г.



Ознакомлен: представитель учреждения

Должность инж. учр.

фамилия, подпись А.В. Малаш

" " 2025 г.  
МП



# АДВИН

Закрытое Акционерное Общество «АДВИН Смарт Фэктори»  
ул. Селицкого 7, 220075, Минск  
Тел./Факс: +375 (17) 349 0000  
E-mail: info@advin-group.com  
Сектор сервисного обслуживания:  
+375 (17) 349 00 55

## АКТ

### готовности помещения для монтажа

#### Униэксперт 2 плюс №0361

(наименование рентгеновского оборудования)

#### в Объекте «Экспериментальный многофункциональный комплект «Минск-Мир. Взрослая поликлиника на 860 помещений в квартале №2910»

(наименование учреждения)

| №  | Требование   | Имеется                             | Отсутствует                         |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Наличие помещений для установки аппарата <sup>1</sup>  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 2  | Прошедший экспертизу проект установки РО от. .06.2023 (копию плана установки РО приложить)                             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 3  | Сеть переменного тока  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4  | Сеть питания с защитным заземлением  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 5  | Щит электропитания с автоматом защитного отключения  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 6  | Смотровое окно из свинцового стекла из пультовой в процедурную или видеосистема для визуального контроля за пациентом. | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 7  | Переговорное устройство пультовая-процедурная  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8  | Охранная сигнализация <sup>2</sup>   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9  | Акт приемки скрытых работ на устройство защиты от рентгеновского излучения (стены и перекрытия под штукатуркой)        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 10 | Акт приемки системы вентиляции   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 11 | Акт испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 12 | Освещение  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | Отопление  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 14 | Отверстие для шлейфа интерфейса  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 15 | Евророзетки на рабочем месте лаборанта   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 16 | Евророзетки на рабочем месте врача-рентгенолога  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 17 | Навыки работы персонала на персональном компьютере   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 18 | Монтаж электросети выполнен в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ).                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

#### Примечания:

1. Кабель-каналы выполнены в открытом исполнении
2. Отсутствуют кабели питания аппарата
3. Отсутствует освещение в помещении
4. Отсутствует постоянное питание 380 В и 220 В
5. Отсутствуют концевые выключатели дверей.
6. Предположительно аппарат будет эксплуатироваться в УЗ «41-я городская поликлиника»
7. Кабели лампы «Не входит» и концевых выключателей дверей выведены в помещение на уровень пола.

ВЫВОДЫ: помещение **не готово** к монтажу аппарата. Представители заказчика обозначили дату устранения всех замечаний 17.11.2025 г.

Представитель ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори"

Должность вед. инженер по наладке и испытаниям

фамилия, подпись Матюш А.И.

подпись \_\_\_\_\_

«12» ноября 2025 г.



Ознакомлен: представитель учреждения

Должность вед. упр.

фамилия, подпись Л.В. Малаше

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 г.  
МП \_\_\_\_\_