



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 17.02.2026 № 233

на № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Начальнику УСР
ОАО «Стройтрест №1»
Петрушину П.М.

Главному инженеру
УКС Мингорисполкома
Жминько И.И.

По объекту «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» на 17.02.2026 не решен вопрос по подключению проходного стерилизатора: по паспорту оборудования к нему должна подводиться очищенная и деминерализованная вода, а по проекту 17.060.0.01-ВК подводится хозяйственная и очищенная.

Просим Вас подтвердить выполнение проектного решения, либо выдать откорректированный проект до 25.02.2026 года.

Гл. инженер УВСР
ОАО «Стройтрест № 1»

М.И.Старинский