



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**



9001:2015

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



СТБ 17025
СТБ 14001

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

25.02.2026 № 1-10/7-572

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю
директора - главному
инженеру УП УКС
«Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия: Заместителю
главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

о замечаниях
поставщиков оборудования

По объекту «Строительство многофункциональной поликлиники пос. Восточный» к месту монтажа (пом. 2 на 2 этаже и пом. 40 на 6 этаже) было поставлено технологическое монтируемое оборудование, но его монтаж по состоянию на 25.02.26г не выполняется из-за не решенных проектно-сметных вопросов:

ОДО «ДарниЛюкс» (пом. 2 на 2 этаже)

1. добавить трубу ДУ 15 мм на высоте 1,5м, на концах – наружная резьба – для дождевого душа от пульта к точке расположения.

ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори» (пом. 40 на 6 этаже)

1.отсутствует смотровое окно из пультовой в процедурную или видеосистема для визуального контроля за пациентом.

2.отсутствует переговорное устройство пультовая-процедурная.

3.отсутствует охранная сигнализация (рекомендуется).

4.отсутствует компьютерная локальная сеть.

5.эл.шкаф 6ЩС имеет автоматический выключатель питания 3х фазный 25А, тогда как необходим однофазный 32А.

6.Необходимо кабель 3х2,5мм – питание рабочего места оператора; кабель 3х2,5мм кабель питания штатива.

Данные замечания отсутствуют в ПСД.

Просим срочно выдать ПСД по данным замечаниям.

Заместитель начальника

А.М. Кривда

Реут И.В.
29 1216777